



**IAPSER**  
SEGUROS

**LICITACIÓN PÚBLICA 06/2025**

**OBJETO: PROVISION DE AMBULANCIA PARA EL TRASLADO DE  
PACIENTES DE ALTA COMPLEJIDAD.**

**Circular Aclaratoria N° 1.**

**ACLARACION A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Respecto a las características de la unidad y su equipamiento:

- 1) Debe incluir butaca para médico / paramédico, ubicada sobre la cabecera del paciente, giratoria, con cinturón de seguridad, tapizada, lavable y con apoyacabeza.
- 2) Debe incluir la baulera.
- 3) La base de la camilla puede ser reemplazada por bancada mecánica volcable / deslizable.
- 4) Debe contener una claraboya expulsable de 500x500 mm para salida de emergencia. La ventana lateral es opcional.
- 5) Debe incluir un tubo de oxígeno Medicinal de Aluminio de 1 m3 con válvula Click colocada y regulador Yoke.
- 6) El tomacorriente tipo Amphenol es opcional.